

# Inmunoensayo

**REF** CMF0102

100 pruebas

## Micropartículas LH CLIA

Este ensayo se basa en un inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscentes (Micropartículas CLIA) para la determinación cuantitativa de la concentración de LH (hormona luteinizante) en suero humano.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

### Clave para los símbolos gráficos utilizados

**LOT**

Código de lote



uso para



fabricante



Contenido suficiente para <n> pruebas

**IVD**

Dispositivo medico de diagnóstico *in vitro*



Limitación de temperatura

**REF**

Número de catálogo



Consulte instrucciones para uso

**EC**

**REP**

Representante autorizado en la Comunidad Europea

**EC** **REP**

OBELIS S.A  
Bd. Général Wahis, 53  
1030 Brussels  
Belgium



AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD  
No.87 Jingbei Yi Road  
National Eco & Tech Development Area  
Zhengzhou  
China  
450016



Para asistencia técnica por favor contáctese con nosotros en  
Inglés a: Email: [customerservice@autobio.com.cn](mailto:customerservice@autobio.com.cn)

Contáctese con los distribuidores locales para todas las preguntas relacionadas a los productos en su lenguaje local

## Introducción

La LH (hormona luteinizante) se produce tanto en hombres como en mujeres a partir de la glándula pituitaria anterior en respuesta a la LH-RH (hormona liberadora de hormona luteinizante), que es liberada por el hipotálamo. <sup>[1]</sup>

Tanto en hombres como en mujeres, la LH es esencial para la reproducción. En las hembras, al momento de la menstruación, la FSH (hormona estimulante del folículo) inicia el crecimiento folicular, afectando específicamente las células de la granulosa. Con el aumento de los estrógenos, los receptores de LH también se expresan en el folículo de maduración que produce una cantidad creciente de estradiol. En los hombres, la LH actúa sobre las células de Leydig del testículo y es responsable de la producción de testosterona, por lo que la LH puede medirse si los niveles de testosterona son bajos.

En hombres y mujeres, las pruebas de LH (y FSH) se ordenan como parte del tratamiento de infertilidad, problemas hipofisarios sospechosos o trastornos gonadales cuando una mujer está teniendo problemas para quedar embarazada o cuando se sospecha de trastornos pituitarios, ováricos o gonadales.

En los hombres, la LH es una glicoproteína con un peso molecular de aproximadamente 30,000 daltons. Se compone de dos cadenas de aminoácidos disímiles, alfa y beta. La cadena alfa es similar a la que se encuentra en la TSH humana (hormona estimulante del tiroides), FSH y HCG (gonadotropina coriónica humana). <sup>[2]</sup>

En las mujeres, después de la concepción, el embrión en desarrollo produce HCG, lo que hace que el cuerpo lúteo continúe produciendo progesterona y estradiol. El cuerpo lúteo regresa si no se produce el embarazo, y la disminución correspondiente en los niveles de progesterona y estradiol resulta en la menstruación. <sup>[3]</sup>

La falta de secreción de la hipófisis anterior puede causar niveles más bajos de LH. Como se puede esperar, los niveles bajos pueden causar infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Los valores bajos de LH pueden indicar alguna disfunción de la hipófisis o el hipotálamo <sup>[4]</sup>, mientras que la fuente real del problema debe ser confirmada por otras pruebas.

## Principio de medición

Este ensayo se basa en el método de sándwich de un solo paso. La muestra, las micropartículas recubiertas de anti-LH y la enzima marcada anti-LH se combinan. La LH presente en la muestra se deja reaccionar simultáneamente con los dos anticuerpos, lo que da como resultado que la LH se intercale entre la fase sólida y los anticuerpos ligados a enzimas. Después del lavado, se genera un complejo entre la fase sólida, la LH dentro de la muestra y los anticuerpos ligados a enzimas por reacciones inmunológicas. El complejo cataliza el sustrato, lo que resulta en una reacción quimioluminiscente. La reacción quimioluminiscente resultante se mide como RLU. La RLU es proporcional a la cantidad de LH en las muestras.

## Materiales Provistos

### 1. Calibradores

En la siguiente tabla se muestran 6 viales de calibrador liofilizado A a F con las concentraciones de LH aproximadas correspondientes. La matriz es el tampón Tris-HCl que contiene suero bovino y BSA (albúmina de suero bovino). Contiene conservante ProClin 300®. Reconstituya cada calibrador liofilizado con 1,0 ml de agua destilada. Deje reposar el material reconstituido durante al menos 5 minutos. Luego invierta el calibrador para mezclarlo completamente.

Calibrador	Concentración LH (mIU/ml)
A	0
B	1
C	2.5
D	10
E	40
F	160

### 2. Paquete de Reactivos

El paquete de reactivos provistos está listo para su uso.

#### ● Conjugado de enzimas

1 vial que contiene 11,0 ml de anti-LH monoclonal de ratón marcado con rábano picante peroxidasa en tampón Tris-HCl que contiene suero bovino. Contiene conservante ProClin300®.

#### ● Solución de Micropartículas

1 vial que contiene 2,3 ml de micropartículas recubiertas con anti-LH monoclonal de ratón en PBS (solución salina tamponada con fosfato) que contiene BSA.

## Analizadores de ensayo en los que se puede utilizar el kit

- AutoLumo A2000
- AutoLumo A2000 Plus

El inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscentes (Micropartículas CLIA) está diseñado para su uso en Analizador de Ensayos, que es AutoLumo A2000 o AutoLumo A2000 Plus.

## Materiales Requeridos pero no Provistos

1. Analizador de ensayo
2. Recipiente(s) de reacción para muestra reactivo de reacción
3. Copa(s) de muestra o tubo(s) para contener muestra
4. Diluyente Universal
5. Sustrato Quimioluminiscente
6. Sistema de lavado para el lavado de la aguja de pipeteo.
7. Tampón de lavado utilizado en el procedimiento de lavado
8. Agua destilada o desionizada.

## Trazabilidad Metrológica De Calibradores

Los calibradores del producto se fabrican con polvo de LH liofilizado y la señal se ajusta a nuestros calibradores en funcionamiento, que también se ajustan a un calibrador de orden superior comprado a la OMS (Organización Mundial de la Salud) 1º IRP # 80/552, a cada nivel de concentración.

## Advertencias y Precauciones

### Información de salud y seguridad

Para los calibradores y el conjugado enzimático, que contienen 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-uno y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, se aplican las siguientes declaraciones



- H315 Causa irritación de la piel.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412 Nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración.
- P261 Evitar respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/spray.

### GHS 07

#### Advertencia

- P280 Usar guantes protectores/indumentaria de protección/protección ocular/protección facial.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS

OJOS Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Qútese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando.

P321 Tratamiento específico (ver en esta etiqueta).

P501 Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.

1. Para uso profesional solamente.
2. Siga las instrucciones de uso con cuidado. La confiabilidad de los resultados del ensayo no se puede garantizar si hay alguna desviación de las instrucciones en este manual de uso.
3. Consulte la hoja de datos de seguridad del material y la etiqueta del producto para conocer los peligros químicos que pueden estar presentes en este ensayo.
4. Maneje los materiales y desechos potencialmente contaminados de manera segura de acuerdo con los requisitos locales.
5. PRECAUCIÓN: los calibradores contienen material de origen humano, que ha sido probado y no es reactivo para HBsAg, HIV-1 and HIV-2, HCV y sífilis. Se recomienda que todos los materiales de origen humano se consideren potencialmente infecciosos. Este ensayo contiene materiales de origen animal. Los componentes bovinos se originan en países donde no se ha notificado encefalopatía espongiforme (EEB).
6. Algunos reactivos que contienen ProClin 300® pueden causar sensibilización por contacto con la piel. Debe evitarse el contacto con la piel. Este material y su recipiente deben desecharse de forma segura. En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente y muestre este envase o etiqueta.
7. No fume, beba, coma o use cosméticos en el área de trabajo.
8. Use ropa protectora y guantes desechables cuando trate con muestras y reactivos. Lavarse las manos luego de las operaciones.
9. Tenga cuidado al manipular muestras de pacientes para evitar contaminación cruzada. Se recomienda el uso de pipetas desechables o puntas de pipeta.
10. Conduzca el ensayo lejos de malas condiciones ambientales por ejemplo aire ambiente que contiene alta concentración de gas corrosivo, como ácido clorhídrico sódico, alcalino, acetaldehído, etc., o que contiene polvo.
11. No utilice reactivos más allá de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
12. No mezcle ni use componentes de kits con diferentes códigos de lote.
13. Cuando almacene los calibradores, asegúrese de que los viales estén bien sellados.
14. Asegúrese de que las micropartículas estén resuspendidas antes de cargarse en el analizador.
15. Evite formación de espuma en todos los reactivos y tipos de muestras (muestras, calibradores y controles).
16. No sustituya ningún reactivo en este kit de otros fabricantes u otros lotes.
17. Cuando se observe cualquier daño al empaque protector o cualquier cambio en el rendimiento analítico no use el kit.

## Almacenamiento

1. Almacenar el kit a 2-8°C. No congelar. Evite la luz fuerte. Cuando se almacena según las indicaciones, todos los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad.
2. Refrigere el paquete de reactivos a 2-10°C durante un mínimo de 2 horas antes de su uso.
3. Almacene el paquete de reactivos en posición vertical a 2-10°C en el analizador. Pueden almacenarse en el analizador por un máximo de 28 días. Después de 28 días, el paquete de reactivos debe desecharse. Una vez que se retiran del analizador, guárdelos a 2-8°C en posición vertical. Para los reactivos almacenados fuera del analizador, se recomienda que se almacenen en sus bandejas y cajas originales para garantizar que permanezcan en posición vertical.
4. Una vez que el paquete de reactivos está abierto, se puede almacenar a 2-8°C durante 1 mes.
5. Selle y devuelva los calibradores reconstituidos a 2-8°C, bajo qué

condiciones se mantendrá la estabilidad durante 1 mes, para un uso más prolongado, almacene los calibradores reconstituidos en alícuotas y congele a -20°C.

6. Evite los ciclos múltiples de congelación y descongelación.

## Muestra

1. Recolectar muestras de suero de acuerdo con las prácticas médicas correctas.
2. No utilice muestras inactivadas por calor. No use conservante de azida de sodio en las muestras.
3. No utilice muestras con contaminación microbiana obvia.
4. Los sedimentos y los sólidos suspendidos en las muestras pueden interferir con el resultado de la prueba, que debe eliminarse mediante centrifugación. Asegúrese de que haya tenido lugar la formación completa de coágulos en las muestras de suero antes de la centrifugación. Algunas muestras, especialmente las de pacientes que reciben terapia anticoagulante o trombolítica, pueden mostrar un aumento del tiempo de coagulación. Si la muestra se centrifuga antes de que se forme un coágulo completo, la presencia de fibrina puede causar resultados erróneos. Asegúrese de que las muestras no estén descompuestas antes de usarlas.
5. Antes del envío, se recomienda retirar las muestras del coágulo, del separador de suero o de los glóbulos rojos.
6. El procesamiento insuficiente de la muestra o la interrupción de la muestra durante el transporte puede causar resultados deprimidos.
7. Evite muestras extremadamente hemolíticas, lipémicas o turbias.
8. Tape y almacene las muestras a 18-25 °C durante no más de 8 horas, para un uso más prolongado, las muestras se deben tapar y almacenar de 2 a 8 °C hasta 48 horas. O bien, congele las muestras que deben almacenarse o transportarse durante más de 48 horas a -20°C. Evitar múltiples ciclos de congelación y descongelación. Mezcle bien las muestras descongeladas mediante vórtice de baja velocidad o invirtiendo 10 veces. Inspeccione visualmente las muestras, si observa capas o estratificación, continúe mezclando hasta que las muestras sean visiblemente homogéneas. Después de descongelar, llevar a temperatura ambiente y mezclar bien agitando suavemente.
9. Centrifugar las muestras descongeladas que contengan glóbulos rojos o material particulado, o que tengan una apariencia brumosa o turbia, etc. antes de su uso para garantizar la consistencia en los resultados.
10. Tenga en cuenta que los niveles de interferencia de fibrina pueden estar presentes en muestras que no tienen partículas visibles o evidentes.
11. Si no se puede verificar la recolección y preparación adecuadas de la muestra, o si las muestras se han alterado debido al transporte o manejo de la muestra, se recomienda un paso de centrifugación adicional. Las condiciones de centrifugación deben ser suficientes para eliminar las partículas.
12. Para obtener resultados óptimos, inspeccione todas las muestras para detectar burbujas. Eliminar las burbujas con una punta antes de su análisis. Use una nueva punta para cada muestra para evitar la contaminación cruzada.

## Procedimiento de medición

1. Comprobar los materiales consumibles.
  - Verifique que haya un volumen adecuado de materiales consumibles antes de realizar la prueba.
  - Consulte el manual de funcionamiento del analizador de ensayos.
2. Cargar el kit
  - Mezcle el contenido de los paquetes de reactivos nuevos (sin perforar) invirtiendo suavemente el paquete varias veces antes de cargarlo en el analizador. Evitar la formación de espuma en todos los reactivos. No invierta los paquetes abiertos (perforados).

Si es necesario, agite suavemente para mezclar horizontalmente después de la primera carga.

- Lea el código de barras en el paquete de reactivos automáticamente para obtener los parámetros requeridos para la prueba.
  - Si el código de barras no se puede leer en casos excepcionales, se pueden reconocer manualmente.
  - Consulte el manual de funcionamiento del analizador de ensayos.
3. Orden de pruebas
- Coloque los vasos o tubos de muestra en el porta muestras, 25 µl de muestras y calibradores para cada prueba. Pero teniendo en cuenta el contenedor de muestra y 150 µl de volúmenes muertos del sistema, que pueden consultarse en los manuales apropiados del analizador de ensayos para obtener el volumen mínimo de muestra requerido.
  - Cargue el soporte de muestra e ingrese la información de muestra en la interfaz del software del sistema.
  - Seleccione "ejecutar" para iniciar la prueba, el analizador automáticamente ejecuta las pruebas. Realiza las siguientes funciones:
    - Mueve la muestra al punto de ajuste.
    - Carga un recipiente de reacción en la ruta del proceso.
    - Aspira y transfiere la muestra al recipiente de reacción.
    - Agrega solución de micropartículas y conjugado enzimático al recipiente de reacción
    - Mezcla, incuba y lava la mezcla de reacción.
    - Agrega Sustrato Quimioluminiscente
    - Mide la emisión de quimioluminiscencia para determinar la cantidad de LH en la muestra
    - Descarta el recipiente de reacción usado.
    - Calcula el resultado.
  - Consulte el manual de operación del analizador de ensayos.
4. Calibrar la curva
- El analizador puede leer el código de barras en el paquete de reactivos automáticamente para obtener los parámetros necesarios para la prueba.
  - Si el código de barras no se puede leer en casos excepcionales, se pueden reconocer manualmente.
  - Transfiera los calibradores a los vasos o tubos de muestra y colóquelos en el soporte de muestra. Realizar la detección de duplicados en el sistema.
  - Cargue el soporte de muestra y la información de los calibradores de entrada en la interfaz del software del sistema.
  - Seleccione "ejecutar" para iniciar la prueba y generar la curva de calibración; se requiere una calibración cada 28 días.
  - Una vez que se acepta y almacena una curva de calibración, todas las muestras posteriores pueden analizarse sin más calibración a menos que:
    - Los controles están fuera de rango después de mediciones repetidas
    - Se utiliza un kit de reactivos y un sustrato quimioluminiscente con un nuevo código de lote.
    - Más allá de la fecha de vencimiento de una curva de calibración
    - Partes importantes del analizador son reemplazadas o reparadas.
  - Consulte el manual de funcionamiento del analizador de ensayos.
5. Diluir la muestra
- Las muestras con un valor de LH superior a 160 mIU / ml se pueden diluir con el método de dilución automatizada o el método de dilución manual. El diluyente universal se usa para diluir las muestras. Después de la dilución con el analizador, el software automáticamente toma en cuenta la dilución al calcular la concentración de la muestra.
- La concentración de la muestra después de la dilución no debe ser inferior a 2,5 mIU / ml.

## Resultados de medición

Micropartículas LH CLIA

Los resultados de las pruebas de muestra son determinados automáticamente por el software del sistema utilizando un método de reducción de datos de ajuste de curva logística de 4 parámetros. La cantidad de LH en las muestras se determina a partir de la producción de luz medida por medio de los datos de calibración almacenados. Los resultados de las pruebas de muestra se pueden revisar utilizando la pantalla apropiada. Consulte el manual de operación del analizador de ensayos para revisar los resultados de las muestras.

## Procedimiento de control

El requisito de control recomendado para este ensayo es comprar los materiales de control por separado y probarlos junto con las muestras dentro de la misma ejecución. El resultado es válido si los valores de control se encuentran dentro de los rangos de concentración impresos en las etiquetas. Cuando un valor de control está fuera del rango especificado, puede indicar un deterioro de los reactivos o errores en la técnica. Los resultados de las pruebas asociadas pueden ser inválidos y pueden requerir una nueva prueba. La recalibración del ensayo puede ser necesaria. Se recomienda que cada laboratorio establezca su rango aceptado para garantizar un rendimiento de prueba adecuado.

## Limitaciones de procedimiento

1. Este ensayo pretende ser una ayuda para el diagnóstico clínico. Lleve a cabo este análisis junto con el examen clínico, el historial médico del paciente y los resultados de otras pruebas.
2. Si los resultados son inconsistentes con la evidencia clínica, pruebas adicionales se sugiere confirmar el resultado.
3. Los anticuerpos heterofílicos en suero humano pueden reaccionar con inmunoglobulinas reactivas, lo que interfiere con los inmunoensayos in vitro. Los pacientes expuestos rutinariamente a animales o productos de suero animal pueden ser propensos a esta interferencia y se pueden observar valores anómalos. Se puede requerir información adicional para el diagnóstico. Este tipo de muestras no es adecuado para ser analizado por este ensayo.
4. Los pacientes que han recibido anticuerpos monoclonales de ratón para el diagnóstico o la terapia pueden desarrollar HAMA (anticuerpos humanos anti-ratón). HAMA puede producir valores falsamente altos o falsamente bajos en inmunoensayos que utilizan anticuerpos monoclonales de ratón. Se puede requerir información adicional para el diagnóstico.
5. Debido a la secreción pulsátil, las muestras obtenidas en el mismo día del mismo paciente pueden fluctuar ampliamente dentro del intervalo de referencia, reflejando una variación fisiológica en lugar de errores en la técnica o la metodología.
6. Este ensayo fue diseñado y validado para su uso con suero humano de pacientes individuales y muestras de donantes. Las muestras agrupadas no deben usarse ya que la precisión de los resultados de sus pruebas no se ha validado.
7. Esta prueba mide concentraciones dentro del rango de 0.3 a 160 mIU/ml. Si se esperan concentraciones de LH por encima del rango de medición, se recomienda diluir las muestras con Diluyente Universal, la dilución máxima es 1:5 de esta prueba, lo que permite que las muestras se cuantifiquen hasta aproximadamente 800mIU/ml.

## Intervalo de referencia biológica

El rango normal sugerido (intervalo central del 95%) se obtuvo analizando muestras de suero de 120 hombres normales, 45 mujeres con ciclos normales y 52 mujeres posmenopáusicas. Para este estudio, la fase folicular se definió como el período de tiempo de 10 a 4 días antes del pico de la mitad del ciclo. La fase lútea se definió como el período de tiempo de 4 a 10 días después del pico de medio ciclo. Los

días del ciclo se sincronizaron con el pico de la mitad del ciclo, el día en el que la concentración de LH fue más elevada. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango normal, que puede ser exclusivo de la población a la que sirve, según los factores geográficos, del paciente, de la dieta o ambientales.

	N	Valor medio (mIU/ml)	Intervalo de referencia (mIU/ml)
Hombres	120	3.5	1-12.5
Mujeres Fase Folicular	145	5.95	1.2-12.7
Mujeres Menstruando Normalmente Pico de medio ciclo	45	30.19	15.5-90
Mujeres Fase Lútea	140	5.55	0.5-14.6
Mujeres Postmenopáusicas	52	29.8	15.6-72

## Características de rendimiento

### 1. Precisión de medida

Este ensayo está diseñado para tener una precisión dentro de la ejecución de <10%. Se ensayaron 2 controles internos (Q 1 y Q 2), utilizando 1 lote de reactivos, en réplicas de 10. Los datos de este estudio se resumen en la siguiente tabla.

Controles internos	Lote	n	Media	Precisión dentro de corrida	
				SD	%CV
Q 1	1	10	2.24	0.09	3.85
Q 2	1	10	22.62	0.53	2.32

Este ensayo está diseñado para tener una precisión entre ejecuciones de <15%. Se analizaron 2 controles internos (Q 1 y Q 2), utilizando 1 lote de reactivos, en réplicas de 10, una vez al día durante 2 días de prueba. Los datos de este estudio se resumen en la siguiente tabla.

Controles internos	Lote	n	Media	Precisión entre corridas	
				SD	%CV
Q 1	1	20	2.53	0.23	9.19
Q 2	1	20	23.63	1.64	6.96

### 2. Sensibilidad Analítica

La sensibilidad analítica, definida como la concentración correspondiente a las RLU medias de 10 repeticiones del calibrador A (calibrador cero) más 2 desviaciones estándar, es  $\leq 0,3$  mIU / ml.

### 3. Especificidad Analítica

Reacción cruzada: este ensayo está diseñado para tener una especificidad analítica de menos de 0,3 mIU / ml de reactividad cruzada con las sustancias enumeradas a continuación, a los niveles de concentración enumerados, en el tampón Tris-HCl que contiene suero bovino y BSA y no encontró reacción cruzada con la prueba:

Sustancias	Concentración	Reacción Cruzada
HCG	22800 mIU/ml	Sin reacción cruzada
FSH	500 mIU/ml	Sin reacción cruzada
TSH	500 $\mu$ IU/ml	Sin reacción cruzada

Interferencia: este ensayo está diseñado para no interferir con las sustancias enumeradas a continuación, en los niveles de concentración listados, en muestras de suero.

Interferente	Concentración
Bilirrubina	20 mg/dl
Hemoglobina	3000 mg/dl
Triglicéridos	3000 mg/dl

### 4. Precisión de la Medición por Correlación

Se realizó un estudio comparativo en el que se analizaron muestras utilizando este ensayo y un ensayo de LH que ya tenía la marca CE. Los datos fueron analizados y se resumen en la siguiente tabla.

Método de correlación	Número de muestras	Intercepto	Inclinación	Coefficiente de Correlación
Regresión Lineal	113	-0.5508	0.9799	0.9898

### 5. Efecto de gancho de alta dosis

El efecto de gancho de alta dosis se determinó mediante la adición de LH al suero humano hasta un máximo de 19950.60 mIU/ml. Cuando se analizan muestras que contienen concentraciones de analito extremadamente altas, el efecto de gancho de alta dosis puede imitar concentraciones más bajas que las reales. El análisis del efecto del gancho en dosis altas se evaluó analizando una muestra de alta concentración de LH. La muestra dio como resultado un valor de concentración calculado por encima del rango de ensayo, lo que indica que no hay errores de clasificación de la muestra.

## Literatura de Referencia

- Schally AV, Kastin AJ, Arimura A. Hypothalamic follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH)-regulating hormone: structure, physiology, and clinical studies. *Fertil. Steril.* 1971; 22(11):703-721.
- Pierce JG, Parsons TF. Glycoprotein Hormones: Structure and Function. *Annu. Rev. Biochem.* 1981; 50(1):465-495.
- Sherman BM, Korenman SG. Hormonal characteristics of the human menstrual cycle throughout reproductive life. *J. Clin. Invest.* 1975;55(4):699-706.
- Kamberi IA, Mical RS, Porter JC. Effect of Anterior Pituitary Perfusion and Intraventricular Injection of Catecholamines and Indoleamines on LH Release. *Endocrinology.* 1970;87(1):1-12.

Approved by



Mr. Gongcheng Liu

Manager of R&D center, Autobio

郑州安图生物工程股份有限公司  
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD